
Fernbedienung FB 200ADM (Aufputz-Kunststoff-Gehäuse)

Fernbedienung zur externen Ansteuerung einer Labor-Steuerung LCU 200ADWM, mit Schlüsselschalter im Smart-Box Gehäuse. Bedienung über Folientaster für Ventil 1 und Ventil 2, Anzeige über Status LED's grün / rot (pro Ventil: Prüfung läuft, Prüfung i.O / Ventil offen, Prüfung n.i.O, Gasmangel), mit Resettaster. Anschluß an die LCU 200 erfolgt über die Klemmen 20...31 mit bauseitigem 12 adrigem Kabel Typ LiHH 12x0,25 mm².

Vers.Spannung:	24-29 VDC erfolgt durch LCU 200
Schutzart:	IP 54
Gehäuse-Unterteil:	Aufbau-Kunststoffgehäuse in RAL 7035
Gehäuse-Oberteil:	mit Folientastatur
Umgebungstemperatur:	0...+60°C
Fabrikat:	Gastechnik Kirchner
Typ:	FB 200ADM
Artikel-Nr.:	66102259

Zentrale Absperrrichtungen:

Zentrale Absperrrichtung VCC 320R05W

Zentrale Absperrrichtung für den Einsatz in naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen gemäß DVGW Arbeitsblatt G 621 oder als Zwischenabspernung für Digestorien. Einsetzbar für alle Brenngase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Mit Schmutzfänger, zwei Hauptgasventilen. Mit Strommangelsicherung zur zentralen automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen Vorführ- oder Übungsständen eines Unterrichtsraumes. DN 20, Rp-Innengewinde, pe max. 360 mbar. Netzspannung 230 V~, 50/60 Hz, elektrischer Anschluss Stecker mit Steckdose nach EN 175301-803, Schutzart IP 54, EG-Baumuster geprüft und zertifiziert.

Nennweite:	DN 20 (3/4")
Anschluss:	Innengewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Eingangsdruck pe/pu:	max. 360 mbar
Umgebungstemp.:	-15...+40°C
Betriebsspannung:	230V~, 50/60 Hz
Fabrikat:	Gastechnik Kirchner
Typ:	VCC 320R05W
Artikel-Nr.:	66300020

Gastechnik Kirchner GmbH

Gröninger Weg 7
74379 Ingersheim
T +49 (0)7142 9191-30
F +49 (0)7142 9191-40
info@gastechnik-kirchner.de
www.gastechnik-kirchner.de

Geschäftsführer Till Kirchner
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 302 233
Ust.-ID DE 285 684 372

Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN DE54 6045 0050 0000 0551 41
SWIFT SOLADES11BGG

Commerzbank Bietigheim-Bissingen
IBAN DE17 6044 0073 0471 3012 00
SWIFT COBADEFFXXX